



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.373.A № 59201/1

Срок действия до 14 июля 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИС" (ООО "ЭРИС"),
г. Чайковский, Пермский край

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 61055-15

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 116-221-2014 с изменением № 1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года - ДГС-ЭРИС-210IR, ДГС-ЭРИС-230IR,
1 год - ДГС-ЭРИС-210СТ, ДГС-ЭРИС-230СТ, ДГС-ЭРИС-210ЕС,
ДГС-ЭРИС-230ЕС, ДГС-ЭРИС-210FR, ДГС-ЭРИС-230FR

Свидетельство об утверждении типа переформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2017 г. № 2209

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

11 2017 г.

Серия СИ

№ 031297