

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ –  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ  
ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА»  
(УНИИМ – ФИЛИАЛ ФГУП «ВНИИМ ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА»)

Согласовано:

Директор УНИИМ – филиала  
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»  
Е. П. Собина



\_\_\_\_\_ 2023 г.

**«ГСИ. Контроллеры измерительные программируемые ЭРИС.  
Методика поверки»**

**МП 16-221-2020**

Екатеринбург  
2023

## Предисловие

- 1 Разработана: Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева»  
(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)
- 2 Исполнитель: Шипицына М.В., ведущий инженер УНИИМ - филиала ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»
- 3 Согласована: УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» в 2023 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	5
3 Перечень операций поверки .....	5
4 Требования к условиям проведения поверки.....	6
5 Требования к специалистам, осуществляющим поверку .....	6
6 Метрологические и технические требования к средствам поверки .....	6
7 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки.....	7
8 Внешний осмотр средства измерений .....	8
9 Подготовка к поверке и опробование средства измерений .....	8
10 Проверка программного обеспечения средства измерений .....	8
11 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям .....	8
12 Оформление результатов поверки .....	9

## 1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на контроллеры измерительные программируемые ЭРИС (далее - контроллеры) и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок. Поверка контроллеров должна производиться в соответствии с требованиями настоящей методики.

1.2 При проведении поверки контроллера должна обеспечиваться прослеживаемость к государственным первичным эталонам:

ГЭТ 13-01 «Государственному первичному эталону единицы электрического напряжения» согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 № 3457;

ГЭТ 4-91 «Государственному первичному эталону единицы силы постоянного электрического тока» согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-16}$  до 100 А, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.10.2018 № 2091;

ГЭТ 14-2014 «Государственному первичному эталону единицы электрического сопротивления» согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2019 № 3456.

1.3 В настоящей методике поверки реализована поверка методом прямых измерений.

1.4 Настоящая методика поверки применяется для поверки контроллеров измерительных программируемых ЭРИС, используемых в качестве средств измерений в соответствии с государственными поверочными схемами для средств измерений постоянного электрического напряжения, силы постоянного электрического тока и электрического сопротивления. В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Тип модуля	Диапазон измерений и преобразований аналоговых сигналов	Диапазон воспроизведений аналоговых сигналов	Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений (воспроизведений) погрешности, %
1	2	3	4
Модель ЭРИС-1100			
1111МК	от 4 до 20 мА	от 4 до 20 мА	±0,2
1112МК	от 0 до 100 мВ	от 4 до 20 мА	±0,2
Модель ЭРИС-1200			
1211МК	от 4 до 20 мА	от 4 до 20 мА	±0,2
1212МК	от 0 до 100 мВ	от 4 до 20 мА	±0,2
Модель ЭРИС-1300			
1311МК	от 4 до 20 мА	-	±0,2
1312МК	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В	-	±0,5
Модель ЭРИС-1400			
1411МК 1412МК	от 4 до 20 мА, от 0 до 10 В	-	±0,5

1	2	3	4
Модель ЭРИС-1500			
1511МК 1512МК 1513МК	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В, от -80 до +80 мВ <sup>1)</sup> , от 0 до 400 Ом	-	±0,5
Модель ЭРИС-2100			
2114МК	от 4 до 20 мА, от 0 до 10 В	от 0 до 10 В от 0 до 20 мА	±1,0
2121МВ	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В	-	±0,5
2122МВ	от -80 до +80 мВ <sup>1)</sup>	-	±0,2
2123МВ	от 10 до 391 Ом <sup>2)</sup>	-	±0,2
2124МВ	от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В	-	±0,5
2125МВ	от 0 до 400 кОм	-	±0,2
2126МУ	-	от 0 до 20 мА	±1,0
Модель ЭРИС-2200			
2221МВ	от 4 до 20 мА	-	±0,5
2222МВ	от 0 до 100 мВ	-	±0,5
2223МВ	от 0 до 36 В	-	±0,2
2231МВ	от 0 до 36 В	-	±2,0
2224МУ	от 4 до 20 мА	-	±0,5
Примечания:			
1) Сигналы от термопар по ГОСТ Р 8.585-2001.			
2) Сигналы от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009.			
Серия и модель контроллера, модули, входящие в состав контроллера и количество измерительных каналов указаны в паспорте на конкретный контроллер.			

## 2 Нормативные ссылки

В настоящей методике поверки использованы ссылки на следующие документы:

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.

Приказ Росстандарта от 30.12.2019 № 3457 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы.

Приказ Росстандарта от 30.12.2019 № 3456 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока.

Приказ Росстандарта от 01.10.2018 № 2091 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-16}$  до 100 А.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ Р 8.585-2001 ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования.

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

## 3 Перечень операций поверки

3.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Операции поверки

Наименование операции	Обязательность проведения операций при поверке при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которыми выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр	Да	Да	8
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да	9
Проверка программного обеспечения	Да	Да	10
Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	11
Проверка диапазона измерений и преобразований и определение основной погрешности измерений и преобразований аналоговых сигналов	Да	Да	11.1
Проверка диапазона воспроизведений и определение основной погрешности воспроизведений аналоговых сигналов	Да	Да	11.2

3.2 Допускается проведение поверки отдельных модулей контроллеров и отдельных измерительных каналов модулей контроллеров в соответствии с письменным заявлением владельца контроллера с обязательным указанием информации об объеме проведённой поверки при оформлении её результатов.

3.3 В случае невыполнения требований хотя бы к одной из операций, проводится настройка контроллера в соответствии с руководством по эксплуатации (далее – РЭ). В дальнейшем необходимые операции повторяются вновь, в случае повторного невыполнения требований поверка прекращается, контроллер признают непригодным к эксплуатации.

#### 4 Требования к условиям проведения поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды, °С от 15 до 25;
- относительная влажность окружающей среды, %, не более 80;
- атмосферное давление, кПа от 86 до 106.

#### 5 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению работ по поверке контроллеров допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации на поверяемый контроллер, эксплуатационную документацию на средства поверки, настоящую методику поверки и работающих в качестве поверителей в организации, аккредитованной на право поверки средств измерений электротехнических величин.

#### 6 Метрологические и технические требования к средствам поверки

6.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
9	Средство измерений температуры окружающей среды: диапазон измерений от 15 °С до 25 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,7$ °С.	Термогигрометр электронный «CENTER», модель 313, рег. № 22129-09.
	Средство измерений относительной влажности окружающей среды: диапазон измерений от 10 до 80 %, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 2,5$ %.	
9	Средство измерений атмосферного давления: диапазон измерений от 86 до 106 кПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,2$ кПа.	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, рег. № 5738-76.
11.1	Рабочий эталон 2 разряда в диапазоне измерений от 0 до 20 мА по Приказу Росстандарта от 01.10.2018 № 2091.	Калибратор электрических сигналов СА-71, рег. № 53468-13
	Рабочий эталон 4 разряда в диапазоне измерений от 0 до 400 Ом по Приказу Росстандарта от 30.12.2019 № 3456.	
	Рабочий эталон 2 разряда в диапазоне измерений от 0 до 36 В по Приказу Росстандарта от 30.12.2019 № 3457.	Компаратор-калибратор универсальный КМ300КН, рег. № 54727-13
	Рабочий эталон 4 разряда в диапазоне измерений от 0 до 400 кОм по Приказу Росстандарта от 30.12.2019 № 3456.	Магазин сопротивления Р4831, рег. № 6332-77 Магазин сопротивления Р40108, рег. № 9381-83
11.2	Рабочий эталон 2 разряда в диапазоне воспроизведений от 0 до 20 мА по Приказу Росстандарта от 01.10.2018 № 2091.	Калибратор электрических сигналов СА-71, рег. № 53468-13
	Рабочий эталон 3 разряда в диапазоне воспроизведений от 0 до 10 В по Приказу Росстандарта от 30.12.2019 № 3457.	

6.2 Эталоны, применяемые для поверки, должны быть поверены, если представлены средствами измерений утвержденного типа или аттестованы, если представлены средствами измерений неутвержденного типа; средства измерений должны быть поверены, данные о их поверке должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее - ФИФ ОЕИ).

6.3 Допускается применение аналогичных средств поверки с метрологическими и техническими характеристиками, обеспечивающими требуемую точность передачи единиц величин поверяемому средству измерений в соответствии с Приказом Росстандарта от 30.12.2019 № 3457, Приказом Росстандарта от 01.10.2018 № 2091, Приказом Росстандарта от 30.12.2019 № 3456.

### 7 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007.0, Приказ Минтруда России № 903н и требования безопасности, установленные в руководстве по эксплуатации на контроллер и эксплуатационной документации на средства поверки.

## **8 Внешний осмотр средства измерений**

8.1 При внешнем осмотре установить соответствие контроллера следующим требованиям:

- соответствие внешнего вида контроллера сведениям, приведенным в описании типа;
- комплектность должна соответствовать сведениям, приведенным в описании типа;
- наличие маркировки с ясным указанием типа, заводского номера и года выпуска контроллера;
- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность контроллера.

8.2 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются требования, указанные в 8.1 настоящей методики.

## **9 Подготовка к поверке и опробование средства измерений**

9.1 Проводят контроль условий поверки с помощью термогигрометра и барометра в соответствии с таблицей 3.

9.2 Перед проведением поверки выполняют подготовительные работы, указанные в руководстве по эксплуатации контроллеров и в эксплуатационных документах на средства поверки.

9.3 Контроллер необходимо выдержать после включения в течение 10 минут. На ПК необходимо загрузить программу «Конфигуратор ЭРИС».

9.4 Соединения между ПК и контроллером, между контроллером и средствами испытаний должны быть установлены в соответствии с руководством по эксплуатации контроллера.

9.5 При опробовании проверить правильность функционирования контроллеров. Необходимо включить контроллер и установить исправность работы индикаторов.

9.6 Результаты считают положительными, если индикаторы работают исправно.

## **10 Проверка программного обеспечения средства измерений**

10.1 Идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения (далее – ПО) контроллеров идентифицируется на персональном компьютере (далее – ПК) в программе «Конфигуратор ЭРИС» через пункт меню «Версии и обновления».

10.2 Сравнить полученные данные с идентификационными данными, указанными в описании типа контроллеров.

10.3 Результат подтверждения соответствия встроенного ПО считать положительным, если идентификационные данные соответствуют указанным в описании типа контроллеров, приведенном в ФИФ ОЕИ.

## **11 Определение метрологических характеристик средства измерений и подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям**

### **11.1 Проверка диапазона измерений и преобразований и определение основной погрешности измерений и преобразований аналоговых сигналов**

11.1.1 Проверку диапазона измерений и преобразований и определение основной приведенной к диапазону измерений и преобразований погрешности измерений и преобразований аналоговых сигналов проводят с помощью калибратора (магазина сопротивления), подключаемого к каждому измерительному каналу контроллера. На калибраторе (магазине сопротивления) последовательно устанавливают пять значений измеряемой величины, равномерно распределенных в пределах диапазона измерений: 0, 25, 50, 75, 100 % диапазона измерений, отклонение от установленного значения  $\pm 5$  %. Регистрируют соответствующие результаты измерений на дисплее контроллера или на ПК в программе «Конфигуратор ЭРИС».

11.1.2 Рассчитывают основную приведенную к диапазону измерений погрешность измерений и преобразований аналоговых сигналов ( $\gamma_{\text{вх } i}$ ) по формуле

$$\gamma_{\text{вх } i} = \frac{X_i - X_0}{X_L - X_N} \cdot 100, \quad (1)$$

где  $X_i$  - результат измерений сигнала в  $i$ -ой точке, зарегистрированный контроллером, единица измеряемой величины;



$X_3$  - значение входного сигнала, заданное калибратором (магазином сопротивления), единица измеряемой величины;

$X_L$  - верхний предел диапазона измерений контроллера, единица измеряемой величины;

$X_N$  - нижний предел диапазона измерений контроллера, единица измеряемой величины.

11.1.3 Входные сигналы контроллеров, предназначенных для работы с термопарами, определяются по НСХ соответствующей термопары, приведенной в ГОСТ Р 8.585.

11.1.4 Входные сигналы сопротивления контроллеров, предназначенных для работы с термопреобразователями сопротивления, выбираются в соответствии с ГОСТ 6651.

11.1.5 Результаты считают положительными, если основная приведенная к диапазону измерений и преобразований погрешность измерений и преобразований аналоговых сигналов находится в пределах, указанных в таблице 1 настоящей методики.

## 11.2 Проверка диапазона воспроизведений и определение основной погрешности воспроизведений аналоговых сигналов

11.2.1 Проверку диапазона воспроизведений и определение основной приведенной к диапазону воспроизведений погрешности воспроизведений аналоговых сигналов проводят с помощью калибратора, подключаемого к каждому аналоговому выходному каналу контроллера. На ПК в программе «Конфигуратор ЭРИС» последовательно устанавливают пять значений воспроизводимой величины, равномерно распределенных в пределах диапазона воспроизведений: 0, 25, 50, 75, 100 % диапазона воспроизведений, отклонение от установленного значения  $\pm 5$  %. Регистрируют соответствующие результаты измерений на калибраторе.

11.2.2 Рассчитывают основную приведенную к диапазону воспроизведений погрешность воспроизведений аналоговых сигналов ( $\gamma_{\text{вых } i}$ ) по формуле

$$\gamma_{\text{вых } i} = \frac{A_i - A_3}{A_L - A_N} \cdot 100, \quad (2)$$

где  $A_i$  – значение сигнала в  $i$ -ой точке, заданное контроллером, единица измеряемой величины;

$A_3$  - значение выходного сигнала, измеренное калибратором, единица измеряемой величины;

$A_L$  - верхний предел диапазона воспроизведений контроллера, единица измеряемой величины;

$A_N$  - нижний предел диапазона воспроизведений контроллера, единица измеряемой величины.

11.2.3 Результаты считают положительными, если основная приведенная к диапазону воспроизведений погрешность воспроизведений аналоговых сигналов находится в пределах, указанных в таблице 1 настоящей методики.

## 12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты поверки с учетом объема проведенной поверки заносят в протокол поверки произвольной формы, сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

12.2 При положительных результатах поверки контроллер признают пригодным к эксплуатации, по заявке заказчика оформляется свидетельство о поверке установленной формы.

12.3 Знак поверки наносится в паспорт контроллеров и в свидетельство о поверке в соответствии с Приказом Минпромторга России от 28.08.2020 № 2510 или действующим на дату поверки нормативным правовым актом в области обеспечения единства измерений.

12.4 При отрицательных результатах поверки контроллер к применению не допускают и по заявке заказчика оформляется извещение о непригодности установленной формы.

Ведущий инженер  
УНИИМ - филиала  
ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»



М.В. Шипицына